



СейсмоБезопасность

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 185

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие «Инженерно-производственный центр» (ООО «НТП «ИПЦ»).

Адрес: 634021, город Томск, ул. Сибирская, дом 104/5.

Фактический адрес: 634021, город Томск, ул. Сибирская, дом 104/5.

Телефон: +7 (3822) 45-29-03.

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Сигнализатор прохождения очистного устройства ДПС-7В, выпускаемый по ТУ 3791-003-53089075-00.

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98, для группы сейсмобезопасности 0, при интенсивности землетрясения – 9 баллов по шкале MSK-64, установке над уровнем нулевой отметки от 0 до 10 м и расчетном сроке службы 20 лет.

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 51-Р/20 от 31.07.2020 года, выданного Аттестованным ФГБУ 46 ЦНИИ МО РФ региональный испытательный центр АО «ОНИИП», свидетельство об аттестации № 1062 от 04.03.2019.

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «ВЕЛЕС»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер:

СБ.ОС.011

Дата регистрации:

17.08.2020

Срок действия сертификата:

16.08.2023

Руководитель органа
по сертификации



Экхарт К.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург